

■コンタクトスライド 2-2219-01~07

■使用方法



1 開口部を手前にして
フィルムをはがします。



2 フィルムを半分程度はがして
コンタクトスライドの
端を持ち、



3 コンタクトスライドを
取り出します。



4 測定面に圧着させ、測定します。
曲面でも測定可能です。



5 測定後、ケースに戻します。
培地面に手やケース等が触れない様に注意します。



6 シーラーをして、培養開始します。