見本

TEST REPORT

Testing procedures comply
with ISO8655 - 6 standards.

Issue No. : 20260708-32501013-002
Pipette type : Macro Pipette 1ML
Serial No. : D20260709
Tip No. : MTP-1
Volume range : 200 - 1000 ul
Protocol No. : 0104

Room temperature : 20.0 °C
Water temperature : 21.0 °C
Air pressure : 1000.0 hPa
Correction value Z : 1.003100 ul/mg
Relative humidity : 60.0 %
Basis of adjustment : Ex (to delivery)

Test . 1 Test volume : 200 ul No. of Test : 6

200.57 200.58 200.59 200.60 200.61
200.62

Mean value	: 200.59 ul	Limit value	Test results
Systematic error (es):	0.30 %	± 1.00 %	Passed
Random error (CV) :	0.01 %	≤ 1.00 %	Passed

Test . 2 Test volume : 1000 ul No. of Test : 6

1003.05 1003.06 1003.07 1003.08 1003.09
1003.10

Mean value	: 1003.07 ul	Limit value	Test results
Systematic error (es):	0.31 %	± 1.00 %	Passed
Random error (CV) :	0.00 %	≤ 1.00 %	Passed

Balance : Sartorius MSE225P-000-DI auto door (Online measurement)
Balance No. : 32501013
Thermometer : HP22-A
Thermometer No. : 60813717
Water temperature meter No: TM-49
Identification of operator : T.Nichiryo.
Test Date : 2026/07/08
Date printed : 2026/07/08 Signature : Nichiryo Taro's

Nichiryo Co., Ltd.