



### MLCB寒天

#### 【測定する集落】

中心部黒色の集落を  
サルモネラと判定します。

※ *Citrobacter* など、サルモネラ以外の菌でも黒色集落を形成する場合があります。疑わしい集落は、他の方法で確認することをお勧めします。

培養時間: 35~37℃で1日間