証明書番号	第****** - **号

見 本

1．校正器物の仕様

1）ひょう量の種類：単目量

2）ひょう量、目量および目量の数：210 g/0.0001 g/2,100,000

2．校正に使用した分銅

公称値	識別	補正値	拡張不確かさ	証明書番号
50 g	4	+0.002 mg	0.030 mg	134319A
100 g	4	+0.021 mg	0.045 mg	134319A
200 g	4_1	+0.013 mg	0.090 mg	134319A

3．校正時の環境条件

1）温度　22.8 ℃～22.9 ℃

2）湿度　48.7 %～49.8 %

3）気圧　1022 hPa～1022 hPa

4．繰返し性　　＊試験荷重＝200 g

No.	指示値
1	200.0000 g
2	200.0001 g
3	200.0000 g
4	200.0001 g
5	200.0001 g
6	200.0001 g

s ＝0.00005 g