

# 検査成績書

品名 ASONE メスシリンダー 1000ml

器物番号 1 口付No. 71

測定水温 25.0℃

試験水 イオン交換水

表す量	測定結果
1000 ml	1001.16 ml

検査日 平成19年 5月30日

検査担当者 坂口 幸男

福岡県みやま市瀬高町松田630-1

株式会社 クライミング