

見本

検査成績書

発行番号 C- 号

製品名	校正用分銅	検査年月日	※※※※年 ※※月 ※※日
型式	AD-1600-100	温湿度	23.7℃ 49%RH
製造番号		検査場所	株式会社 エー・アンド・デイ開発・技術センター
検査条件			
使用検査装置			
	標準器名	型式	管理番号
	分銅	円筒型 (組)	M-004

1. 外観検査 判定
合格
2. 分銅ケース検査 (有・無) 判定
合格
3. 測定結果 判定
合格

表す量 (g)	校正値 (g)	基準
100	100.00013	±0.5mg

*測定条件 (23.7℃ 49%RH)

*測定場所 (校正室にて)

備考 (有・無)

総合判定
合格

承認	検査